



## LATHUND för Medicintekniska produkter (MTP), grundutrustning



Alla medarbetare ska ha fått utbildning på MTP innan de får använda produkterna.



Inför användning av grundutrustning krävs bedömning av legitimerad personal.



Vardaglig kontroll ska göras före och efter användning.



Tillbud och olyckor med MTP ska rapporteras, se avvikelserutin.



Bruksanvisning på svenska ska finnas tillgänglig.



Ankomstkontroll ska utföras på nya produkter innan de används.

Underhåll av MTP innebär:



- Besiktning ska ske en gång om året för lyftar och sängar
- Akut underhåll. Uppgift om vart man vänder sig ska finnas tillgänglig.
- Underhåll ska ske regelbundet enligt bruksanvisningen.



En underkänd eller skrotad produkt får inte användas.



Alla medicintekniska produkter enligt bilaga, i Riktlinje för medicintekniska produkter grundutrustning, ska inventariemärkas med speciell etikett och registreras i Registret för MTP.



Besiktning, reparation, byte av placering och skrotning av MTP ska dokumenteras i registret för MTP.



Kontrollera i systemet Proceedo före köp eller hyra av grundutrustning. Följ inköpsprocessen. För information och hjälp vid beställning från Hjälpmedelscentralen, ring växeln tel 010 – 473 80 80.



För att läsa mer och fördjupa dig hänvisas till Riktlinje för Medicintekniska produkter Grundutrustning.