



Riktlinje och förteckning grundutrustning på Daglig verksamhet (DV) för privata utförare, gäller från och med 2024-04-01 tillsvidare

I verksamheten behöver det finnas grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön motsvarar behoven hos dem som vistas där. Antalet produkter ska vara anpassat till enhetens behov. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande individuell anpassning och ska utan större svårigheter kunna användas av de personer som vistas i verksamheten. När specifik kunskap om personens tillstånd eller produkten krävs, ansvarar arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska för att bedöma behov, prova ut och följa upp användning av produkter som tillhör grundutrustningen.

Ett personligt hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella behovet. Görs bedömningen att personen har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel ska det förskrivas. Anpassning är när hjälpmedlet behöver ställas in individuellt eller när individuella tillbehör provas ut. Förskrivaren avgör när ett hjälpmedel blir en personlig förskrivning. Förskrivningen ska ske enligt kriterier i Handbok för personliga hjälpmedel.

Kompetens

Medicintekniska produkter (MTP) får inte användas av personal som saknar relevant utbildning.

Vårdgivaren/utföraren är ansvarig för att personal får tillräcklig utbildning och att följa bruksanvisning. Används en medicinteknisk produkt på annat sätt, tar tillverkaren inte ansvar för eventuella skador och tillbud.

Den utbildning som personalen erhållit ska dokumenteras och följas upp regelbundet av verksamhetsansvarig.

Spårbarhet och registrering av grundutrustning- MTP

Det ska finnas förteckning på grundutrustningen för spårbarhet för att snabbt till exempel kunna återkalla felaktiga produkter. I samband med avvikelser är det också viktigt att kunna urskilja en produkt från en annan. I förteckning ska det framgå var bruksanvisningen förvaras.

Innan en ny produkt får tas i bruk ska verksamhetsansvarig se till att en ankomstkontroll görs och se till att personalen har utbildning i hur produkten ska användas.

Service och underhåll

Alla åtgärder som utförs på grundutrustningen ska dokumenteras på produktnivå. Om en produkt behöver repareras får den inte användas innan reparation är utförd.

Tillbud och olyckor

Tillbud och olyckor med medicintekniska produkter, såväl grundutrustning som personligt förskrivna hjälpmedel, är avvikelser som ska utredas av utsedd funktion i verksamheten. I de fall produkten provats ut eller ordinerats ska legitimerad personal även kontaktas.

När personskada har skett eller när det finns risk för personskada ska produkten tas ur bruk. Den ska märkas upp och **sparas på enheten** för vidare utredning, för beslut om eventuell anmälan till leverantör, Läkemedelsverket och IVO. Vid produktfel kan ytterligare uppgifter krävas inför en eventuell anmälan.

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO): utövar tillsyn av hälso- och sjukvård inklusive dess användning av medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket: tövar tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare.

Ansvar för Medicintekniska produkter

MTP-produkter ska skötas enligt bruksanvisning och basala hygienrutiner. När brukaren inte själv kan sköta sina MTP-produkter, så ingår detta ansvar i omsorgen runt den enskilde.

Verksamhetsansvarig ansvarar för att alla följer fastställda riktlinjer i verksamheten.

Verksamheten ska ha kunskap om och följa vid var tid gällande lagar - förordningar och föreskrifter som gäller Medicintekniska produkter.

När behov finns av nedanstående produkter eller tillbehör till dessa, är verksamhetsansvarig ansvarig för inköp, underhåll och för att personalen har lämplig utbildning.

Förutom nedan angivna hjälpmedel finns det ytterligare produkter som kan vara såväl grundutrustning som individuellt förskrivet hjälpmedel. Vid oklarheter om produkten är förskrivningsbar eller ej kontakta arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, sjuksköterska eller alternativt kostnadsansvarig för hjälpmedel.

SÄNGAR

Säng, höj- och sänkbar, inklusive tillbehör till exempel grindskydd.

Punktavlastande hjälpmedel för utsatta kroppsdelar

Antidecubitusmadrass Madrass för trycksårsprevention (produktområde 043306).

Grundutrustning ska innehålla tryckreducerande skummadrass med lägst sårnivå 2 (dessa madrasser köps in till verksamheten).

När standardmadrass (ovan nämnda madrass) inte är tillräcklig ska sjuksköterska efter bedömning, ordinera, prova ut, personförskriva och följa upp madrass på sår nivå 3 och 4.

PERSONLIG VÅRD

Duschpall på ben med armstöd eventuellt ryggstöd.

Dusch- och toastol på hjul inklusive tippbar (ej elektriskt höj- och sänkbar)

Dokumentet gäller för: privata utförare DV

Upprättad av: Medicinskt ansvariga (MAS och MAR)

Dokumentansvarig: Medicinskt ansvariga (MAS och MAR)

Dokumenttyp: Riktlinje

Giltighetstid: Tills vidare

Senast reviderad: 2024 01 29

Fastställd av avdelningschef FFS

Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast ska bedöma behov, prova ut och följa upp.
Krävs anpassning av produkten utöver tillverkarens tillbehör personförskrivs produkten.

Förhöjning av toalettstol med max 10 cm.

Toalettarmstöd och Stödhandtag

FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL

Gåbord för tillfälligt bruk, såväl manuella som elektriska

Rullstol i standardutförande för tillfälliga transporter.

Rullstolspump

Vårdarstyrt drivaggregat till grundutrustnings-rullstol inklusive fäste och montering.

Personlyft mobil för sittande förflyttning, ska finnas i första hand.

Personlyft fast monterad för sittande förflyttning

Lyftsele, storlek medium, med hög rygg för akuta/tillfälliga behov. Lyft och lyftsele som kombineras ska vara från samma tillverkare.

Förflyttningshjälpmedel för akuta situationer, till exempel för lyft upp från golvet.

Överflyttningsplattform, vridplattor med mera. Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast ska bedöma behov, prova ut, ordinera och följa upp.

Förflyttningshjälpmedel; glidlakan, uppresningsbälte/gåbälte och draglakan

Arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast ska göra en riskbedömning, bedöma behov, prova ut och följa upp användningen av glidlakan och uppresningsbälten/gåbälten.

Glidlakan med fyrvägsglid ska personförskrivas.

ÖVRIGT

Arbetsstolar, manuellt eller elektriskt höj- och sänkbar

Kognitiva hjälpmedel för att på gruppnivå stödja struktur och tidsuppfattning.